



Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
"CĒSU KLĪNIKA"
Reģ.Nr. LV44103057729, Slimnīcas iela 9, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101
Norēķ.konts Nr. LV11UNLA0050017396827
A/S SEB banka
tāl. 64125730, 64125895, fakss 64125785
e-pasts: info@cesuklinika.lv
www.cesuklinika.lv

Iepirkuma procedūras - atklāta konkursa
"Medicīnas preču iegāde un piegāde"
Iepirkuma ID Nr. CĒSU KLĪNIKA 2018/2/VM/CK/AK
Iepirkuma procedūras ziņojums

2018. gada 12. jūlijā

Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese:

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CĒSU KLĪNIKA", Reģ.Nr. LV44103057729,
Slimnīcas iela 9, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101

Iepirkuma procedūras veids, nosaukums un identifikācijas numurs: Atklāta konkursa "Medicīnas preču iegāde un piegāde", Iepirkuma identifikācijas Nr. CĒSU KLĪNIKA 2018/2/VM/CK/AK

Iepirkuma līguma priekšmets:

Medicīnas preču iegāde un piegāde

Datums, kad paziņojums par iepirkuma procedūru publicēts Iepirkuma uzraudzības mājas lapā:

13.02.2018.

Iepirkuma komisijas sastāvs un tās izveidošanas pamatojums, iepirkuma dokumentu sagatavotāji un pieaicinātie eksperti:

Komisijas priekšsēdētājs:

Ingus Kliečis – IT un medicīnisko tehnoloģiju daļas vadītājs (līdz 01.06.2018.)

Edgars Puķītis - Grāmatvedības un ekonomikas daļas vadītāja vietnieks/ekonomists (sākot ar 01.06.2018.)

Komisijas locekļi:

Liene Vegnere – juriste

Sanita Sīle – iepirkumu speciālists – jurists

Iepirkumu dokumentācijas sagatavotājs – Taiga Galeja – Grutmane – galvenā māsa

Eksperts – Gunta Zemīte - slēgta tipa aptiekas vadītāja/farmaceite

Eksperts – Ginta Poriņa - Ķirurģijas nodaļas virsmāsa

Eksperts – Guna Zeltiņa - Reanimācijas un anestezioloģijas, NMP un uzņemšanas nodaļu virsmāsa

Iepirkumu komisija izveidota ar SIA "CĒSU KLĪNIKA" valdes priekšsēdētājas I. Liepas 2016. gada 5. oktobra rīkojumu Nr. 1.2-8/97, un 2018. gada 1. jūnija rīkojumu Nr. 2-7/53.

Pretendentiem noteiktās kvalifikācijas prasības:

Skat. iepirkuma nolikuma 2. punktā.

Piedāvājuma izvēles kritērijs:

Saimnieciski izdevīgākais piedāvājums, ņemot vērā tikai cenu, ar viszemāko cenu.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:

22.03.2018., plkst. 10.00

Pretendenti, kuri iesnieguši piedāvājumus, to piedāvātās cenas:

Skat. Pielikumā

Piedāvājumu atvēršanas vieta, datums un laiks:

SIA "CĒSU KLĪNIKA", Slimnīcas iela 9, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, 2018. gada 22. marts:

Nr. p. k.	Pretendenta nosaukums	Atvēršanas laiks
1.	Mölnlycke Health Care OÜ	10:00
2.	SIA "PEAN"	10:03
3.	SIA "MedBalt"	10:05
4.	SIA "REMEDINE"	10:08
5.	SIA "R.A.L."	10:10
6.	SIA "DIAMEDICA"	10:13
7.	SIA "DM PREMIUM"	10:15
8.	SIA "NMS ELPA"	10:18
9.	SIA "MEDIKA GN"	10:21
10.	"Johnson & Johnson AB Latvijas filiāle"	10:24
11.	SIA "Latamer"	10:25
12.	SIA "MEDILINK"	10:26
13.	SIA "Mediq Latvija"	10:30
14.	SIA "TAMRO"	10:35
15.	SIA "OneMed"	10:38
16.	SIA "MEDEKSPERTS"	10:42
17.	SIA "J.I.M."	10:47
18.	SIA "KJ SERVISS"	10:48
19.	SIA "ELVIM"	10:51
20.	SIA "B. BRAUN MEDICAL"	10:53
21.	SIA "Arbor Medical Korporācija"	10:56
22.	AS "RECIPE PLUS"	11:02
23.	SIA "A.MEDICAL"	11:04
24.	SIA "BRAMA"	11:08

Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu, līgumcena:

Daļas Nr.p.k.	Līgumcena EUR, bez PVN	Pretendenta nosaukums
1	1537,50	SIA "R.A.L."
2	573,00	SIA "Arbor Medical Korporācija"
3	623,20	SIA "Mediq Latvija"
4	2185,00	Mölnlycke Health Care OÜ
5	5370,00	SIA "DIAMEDICA"
6	752,20	SIA "MEDEKSPERTS"
7	94,50	SIA "MEDILINK"
8	253,20	SIA "MEDEKSPERTS"

9	3860,00	SIA "OneMed"
10	41,40	SIA "A.MEDICAL"
11	94,40	SIA "NMS ELPA"
12	2268,60	SIA "Mediq Latvija"
13	183,00	SIA "OneMed"
14	805,00	SIA "Arbor Medical Korporācija"
15	200,20	SIA "MEDILINK"
16	45,00	SIA "A.MEDICAL"
17	71,00	SIA "OneMed"
18	2010,00	SIA "A.MEDICAL"
19	1770,00	SIA "OneMed"
20	940,00	SIA "B. BRAUN MEDICAL"
21	234,00	SIA "A.MEDICAL"
22	57,00	SIA "MEDILINK"
23	96,50	SIA "B. BRAUN MEDICAL"
24	950,00	SIA "TAMRO"
25	213,60	SIA "MEDEKSPERTS"
27	2136,00	SIA "Arbor Medical Korporācija"
28	68,00	SIA "MedBalt"
29	231,00	SIA "TAMRO"
31	1116,00	SIA "NMS ELPA"
32	488,00	SIA "Mediq Latvija"
33	1550,00	SIA "MEDIKA GN"
34	290,00	"Johnson & Johnson AB Latvijas filiāle"
36	4800,00	SIA "Latamer"
37	24,40	SIA "Arbor Medical Korporācija"
38	372,60	SIA "MEDIKA GN"
39	569,40	SIA "DM PREMIUM"
40	287,00	SIA "MedBalt"
41	39,60	SIA "DM PREMIUM"
42	190,00	SIA "Arbor Medical Korporācija"
43	648,00	SIA "MedBalt"
44	435,00	SIA "MEDEKSPERTS"
45	5690,00	SIA "B. BRAUN MEDICAL"
46	285,60	SIA "MEDEKSPERTS"
47	1405,60	SIA "MEDEKSPERTS"
48	3041,80	SIA "B. BRAUN MEDICAL"
49	782,50	SIA "MEDIKA GN"
50	496,00	SIA "TAMRO"
51	63,00	SIA "Arbor Medical Korporācija"
52	1435,00	SIA "B. BRAUN MEDICAL"
53	6750,00	SIA "DM PREMIUM"
54	57,50	SIA "A.MEDICAL"
57	250,00	SIA "MEDILINK"

58	875,60	SIA "J.I.M."
59	360,00	SIA "Mediq Latvija"

Piedāvājumu izvērtēšanas kopsavilkums:

1. Vērtējot piedāvājumus konkursa nolikuma noteiktajām piedāvājumu noformējuma prasībām, secināts, ka visi iesniegtie piedāvājumi atbilst noteiktajām noformējuma prasībām.
2. Vērtējot atbilstību konkursa nolikuma noteiktajām atlases prasībām, vai iesniegti visi dokumenti tika noraidīti sekojoši pretendenti:
 1. SIA "KJ SERVISS" - pretendents nav iesniedzis vismaz divas pieredzes iepirkuma līguma priekšmeta piegādē, saskaņā ar konkursa nolikuma 2.4. punktu.
 2. SIA "A.MEDICAL" - 12. daļā, pretendents nav iesniedzis piedāvājumu par visām preču pozīcijām konkrētā daļā, saskaņā ar konkursa nolikuma 2.9. punktu.
3. Vērtējot pretendentu piedāvājumu atbilstību tehniskās specifikācijas prasībām, tika noraidīti sekojoši pretendenti:

Daļas Nr.p.k.	Neatbilstība tehniskajai specifikācijai
SIA "MedBalt"	
6.	Pēc iesūtītā parauga: uz spiediena kontroles balona nav informācija par manšetes tipu.
27.	Nav piedāvāts oriģinālais Sony UPP110HG papīrs.
SIA "REMEDINE"	
33.	Nav aktīvais elektrods HCP- 01.
SIA "DM PREMIUM"	
18.	Rezistence pie plūsmas 60L/min.0,7cm H2O.
19.	Rezistence pie plūsmas 60L/min.0,7cm H2O.
23.	Nav rengenoloģiski vizualizējams.
SIA "NMS ELPA"	
26.	Izmērs 50x26mm.
28.	Izmēri 150x100x150.
SIA "MEDIKA GN"	
24.	Pēc pieprasījuma nav iesniegta papildinformācija - nav iespējams izvērtēt preces hipoalerģiskumu, ilgstošo noturību un signāla pārvadi.
SIA "MEDILINK"	
1.	Pēc iesniegtā papildus informatīvā materiāla nevar pārliecināties par sastāvu, nav informācijas.
18.	Rezistence pie plūsmas 50L/min.0,9cm H2O.
24.	Vērtējot paraugu, elektrodam nav ilgstoša noturība un līdz ar to signāla pārvade.
25.	Izmērs 28mm.
27.	Nav piedāvāts oriģinālais Sony UPP110HG papīrs.
SIA "Mediq Latvija"	
6.	Uz spiediena kontroles balona nav informācija par manšetes tipu.
16.	Rezistence pie plūsmas 60L/min 1,6 cm H2O.
18.	Svars 31 g, rezistence pie plūsmas 60L/min 1,8 cm H2O.
19.	Svars 31 g, rezistence pie plūsmas 60L/min 1,8 cm H2O.

24.	Nav cietā gēla elektrods.
40.	3000 ml pudele.
56.	Teststrēmeles nesader ar glikometru, piedāvājums:No Coding teststrēmeles.
57.	Teststrēmeles nesader ar glikometru, piedāvājums:No Coding teststrēmeles.
58.	Konteineru tilpums: 30, 60 150 ml.
SIA "MEDEKSPERTS"	
12.	2l elpināmais maiss.
12.1.	Caurules garums 180cm.
17.	Nav skābekļa vads.
23.	Katetra garums 900mm.
53.	Salvetes izmērs 33x45cm.
SIA "ELVIM"	
1.	Sastāvā 97% kokvilna, 3% elastāns.
27.	Nav piedāvāts oriģinālais Sony UPP110HG papīrs, izmērs 110x20m.
28.	Izmērs 150x100x150.
SIA "Arbor Medical Korporācija"	
6.	Uz spiediena kontroles balona nav informācija par manšetes tipu.
16.	Filtra svars 30 g.
17.	Nav skābekļa vads.
22.	Caurule traheostomijai konstruēta 95° leņķī.
23.	Nav rengenoloģiski vizualizējams katetrs.
24.	Nav cietā gēla elektrods.
AS "RECIPE PLUS"	
6.	Uz spiediena kontroles balona nav informācija par manšetes tipu.
SIA "A.MEDICAL"	
17.	Nav skābekļa vads, rezistence pie plūsmas 60L/min 2,6 cm H ₂ O.
25.	Izmērs 30 mm.
27.	Nav piedāvāts oriģinālais Sony UPP110HG papīrs.
30.	Krājītelpai nav iemutes, lietojama ar masku.
46.	Izmērs 6x10mm.
48.1.	Salvetes izmērs 38x20cm.
48.2.	60g/m ² , salvetes izmērs 38x20 cm.
48.3.	Iepakojumā 90 salvetes.
55.	Tilpums - 400 ml.
SIA "BRAMA"	
55.	Tilpums - 400 ml.

4. Vērtējot finanšu piedāvājumus aritmētiskās kļūdas tika konstatētas un labotas SIA "A.MEDICAL", SIA "Arbor Medical Korporācija", SIA "MEDILINK", SIA "NMS ELPA", SIA "PEAN", SIA "MEDEKSPERTS"

5. Ņemot vērā konkursa nolikumā noteiktos vērtēšanas kritērijus, komisija nolēma piešķirt līguma slēgšanas tiesības SIA "A.MEDICAL", SIA "Arbor Medical Korporācija", SIA "B.BRAUN MEDICAL", SIA "DIAMEDICA", SIA "DM PREMIUM", SIA "J.I.M", JOHNSON & JOHNSON AB LATVIJAS FILIĀLE, SIA "LATAMER", SIA "MEDEKSPERTS", SIA "MedBalt", SIA "Medika GN", SIA "MEDILINK", SIA "Mediq Latvija", SIA "NMS ELPA", SIA "OneMed", SIA "R.A.L.", SIA "TAMRO", Mölnlycke Health Care OÜ, un veikt pretendenta pārbaudi Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – PIL) 42. panta kārtībā. Pretendenti netika konstatēti PIL 42. pantā pirmajā daļā noteiktie izslēgšanas gadījumi.

6. 11. daļā zemāko cenu piedāvāja divi pretendenti. Atbilstoši konkursa nolikuma 5.2. punktā noteiktajam, komisija pretendentiem pieprasīja iesniegt Valsts ieņēmuma dienesta izziņas kopiju par veikto vidējā darba devēja sociālo iemaksu apmēru pēdējo sešu mēnešu laikā (skaitot no dienas, kad paziņojums par plānoto līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā), kas nozīmē pilnus sešus mēnešus pirms iepirkuma izsludināšanas. Vislielākās iemaksas veicis SIA "NMS ELPA".

Piedāvājumu izvēlēs pamatojums;

Saimnieciski izdevīgākais piedāvājums, ar viszemāko cenu.

Pamatojums lēmumam par noraidītajiem pretendentiem, kā arī par iepirkuma procedūras dokumentiem neatbilstošajiem piedāvājumiem:

Pretendenta nosaukums	Neatbilstība
SIA "A.MEDICAL"	Pretendents nav iesniedzis piedāvājumu par visām preču pozīcijām 12. daļā, saskaņā ar konkursa nolikuma 2.9. punktu.
SIA "KJ SERVISS"	Pretendents nav iesniedzis vismaz divas pieredzes, saskaņā ar konkursa nolikuma 2.4. punktu.

Daļas Nr.p.k.	Neatbilstība tehniskajai specifikācijai
SIA "MedBalt"	
6.	Pēc iesūtītā parauga: uz spiediena kontroles balona nav informācija par manšetes tipu.
27.	Nav piedāvāts oriģinālais Sony UPP110HG papīrs.
SIA "REMEDINE"	
33.	Nav aktīvais elektrods HCP- 01.
SIA "DM PREMIUM"	
18.	Rezistence pie plūsmas 60L/min.0,7cm H2O.
19.	Rezistence pie plūsmas 60L/min.0,7cm H2O.
23.	Nav rengenoloģiski vizualizējams.
SIA "NMS ELPA"	
26.	Izmērs 50x26mm.
28.	Izmēri 150x100x150.
SIA "MEDIKA GN"	
24.	Pēc pieprasījuma nav iesniegta papildinformācija - nav iespējams izvērtēt preces hipoalerģiskumu, ilgstošo noturību un signāla pārvadi.
SIA "MEDILINK"	
1.	Pēc iesniegtā papildus informatīvā materiāla nevar pārliecināties par sastāvu, nav informācijas.

18.	Rezistence pie plūsmas 50L/min.0,9cm H ₂ O.
24.	Vērtējot paraugu, elektrodam nav ilgstoša noturība un līdz ar to signāla pārvade.
25.	Izmērs 28mm.
27.	Nav piedāvāts oriģinālais Sony UPP110HG papīrs.
SIA "Mediq Latvija"	
6.	Uz spiediena kontroles balona nav informācija par manšetes tipu.
16.	Rezistence pie plūsmas 60L/min 1,6 cm H ₂ O.
18.	Svars 31 g, rezistence pie plūsmas 60L/min 1,8 cm H ₂ O.
19.	Svars 31 g, rezistence pie plūsmas 60L/min 1,8 cm H ₂ O.
24.	Nav cietā gēla elektrods.
40.	3000 ml pudele.
56.	Teststrēmeles nesader ar glikometru, piedāvājums:No Coding teststrēmeles.
57.	Teststrēmeles nesader ar glikometru, piedāvājums:No Coding teststrēmeles.
58.	Konteineru tilpums: 30, 60 150 ml.
SIA "MEDEKSPERTS"	
12.	2l elpināmais maiss.
12.1.	Caurules garums 180cm.
17.	Nav skābekļa vads.
23.	Katetra garums 900mm.
53.	Salvetes izmērs 33x45cm.
SIA "ELVIM"	
1.	Sastāvā 97% kokvilna, 3% elastāns.
27.	Nav piedāvāts oriģinālais Sony UPP110HG papīrs, izmērs 110x20m.
28.	Izmērs 150x100x150.
SIA "Arbor Medical Korporācija"	
6.	Uz spiediena kontroles balona nav informācija par manšetes tipu.
16.	Filtra svars 30 g.
17.	Nav skābekļa vads.
22.	Caurule traheostomijai konstruēta 95° leņķī.
23.	Nav rengenoloģiski vizualizējams katetrs.
24.	Nav cietā gēla elektrods.
AS "RECIPE PLUS"	
6.	Uz spiediena kontroles balona nav informācija par manšetes tipu.
SIA "A.MEDICAL"	
17.	Nav skābekļa vads, rezistence pie plūsmas 60L/min 2,6 cm H ₂ O.
25.	Izmērs 30 mm.
27.	Nav piedāvāts oriģinālais Sony UPP110HG papīrs.
30.	Krājīteļpai nav iemutes, lietojama ar masku.
46.	Izmērs 6x10mm.
48.1.	Salvetes izmērs 38x20cm.

48.2.	60g/m2, salvetes izmērs 38x20 cm.
48.3.	Iepakojumā 90 salvetes.
55.	Tilpums - 400 ml.
SIA "BRAMA"	
55.	Tilpums - 400 ml.

Lēmuma pamatojums, ja iepirkuma komisija pieņēmusi lēmumu pārtraukt vai izbeigt iepirkuma procedūru.

Iepirkums 35. daļā tie izbeigts bez rezultāta, jo nav pieteicies neviens pretendents. 26., 30., 55. un 56. daļas, jo nav iesniegts neviens piedāvājums, kas atbilst iepirkumā izvirzītajām prasībām.

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs:

/ Edgars Puķītis /

Komisijas locekle:

/ Liene Vegnere /

Komisijas locekle:

/ Sanita Sīle /